

2	Шпирал общего назначения 32.50.13.118-0000456	Коннектор	Дюр Спир	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Конус с концентрическим расположением	Да	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Материалы шпирала совместимы с жидкостями для инъекций	Соответствие	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Диаметр иглы	$\leq 0,7$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Длина иглы	≤ 40	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Материал иглы	Нержавеющая сталь	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Уплотнительная манжета	Наличие	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Возможность соединения с катетером	нет	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Возможность соединения с катетером	10	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Гидрируемый объем шпирала	$\text{мл} (\text{см}^3) [1^{-3}\text{мл}]$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
3	Шпирал общего назначения 32.50.13.118-00004572	Игла в комплекте	Одна и больше	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Коннектор	Дюр Спир	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Конус с концентрическим расположением	Да	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Материалы шпирала совместимы с жидкостями для инъекций	Соответствие	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Диаметр иглы	$\leq 0,8$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Длина иглы	≤ 40	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Материал иглы	Нержавеющая сталь	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Уплотнительная манжета	Наличие	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Возможность соединения с катетером	нет	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Гидрируемый объем шпирала	20	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
4	Шпирал общего назначения 32.50.13.118-00004574	Игла в комплекте	Одна и больше	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Коннектор	Дюр Спир	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Конус с концентрическим расположением	Нет	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Материалы шпирала совместимы с жидкостями для инъекций	Соответствие	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Диаметр иглы	$\leq 0,8$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Длина иглы	≤ 40	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Материал иглы	Нержавеющая сталь	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Уплотнительная манжета	Наличие	Значение характеристики не может измениться участником закупки
		Гидрируемый объем шпирала	$\text{мл} (\text{см}^3) [1^{-3}\text{мл}]$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Коннектор	Дюр Спир	Значение характеристики не может измениться участником закупки

