

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

Руководителю

ИНН/КПП 2465030876/246501001

04.03 2 019 г. №. 184-19
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Запасные части для медицинского оборудования	Датчик кислорода гальванический SEN2103P или эквивалент для аппаратов ИБЛ Newport E360/E500: - время установления выходного сигнала T90 не более 15 секунд; - точность $\pm 1\%$ от полной шкалы при постоянной температуре и давлении; - срок службы не менее 1 500 000 % часов O2 (24 месяца работы на воздухе); - электрический разъем J1 Mini power socket; - диапазон измерения объёмной доли кислорода от 0 до 100 %; - выходное напряжение от 10 до 14 мВ; - габаритные размеры – высота не более 66 мм, диаметр не более 22,9 мм; - резьбовая часть M16x1 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки; - паспортный ресурс работы датчиков кислорода на воздухе не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - датчики должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от	шт.	5		

		повреждений при его транспортировке; - датчики имеют индивидуальную транспортную герметичную упаковку, не допускающую контакта с атмосферным воздухом; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 20 календарных дней с момента подписания контракта 8. Дополнительное условие: - указать в заявке торговое наименование предлагаемого к поставке товара				
2	Запасные части для медицинского оборудования	Датчик кислорода гальванический 6850645 или эквивалент для наркозных аппаратов Fabius Tiro, аппаратов ИВЛ Evita 2 (Drager) – 20 шт.: - диапазон измерения объёмной доли кислорода от 0 до 100 %; - выходное напряжение от 14 до 20 мВ (Dual Катод), нагрузка 600 Ом; - электрический интерфейс – в виде трёх позолоченных концентрических контактных ко-лец; - срок службы не менее 1 000 000 % часов O2 (15 месяцев работы на воздухе); - точность и повторяемость не более 1 % об. O2 при калибровке на 100 % кислороде; - нелинейность не более 3 % относительной; - время установления выходного сигнала T90 не более 12 секунд; - габаритные размеры 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки; - паспортный ресурс работы датчиков кислорода на воздухе не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - датчики должны быть новыми, не эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной	шт.	20		

		сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - датчики имеют индивидуальную транспортную герметичную упаковку, не допускающую контакта с атмосферным воздухом; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 20 календарных дней с момента подписания контракта 8. Дополнительное условие: - указать в заявке торговое наименование предлагаемого к поставке товара				
3	Запасные части для медицинского оборудования	Датчик кислорода гальванический PSR 11-917J или эквивалент для аппаратов ИВЛ Neumovent GraphNet: - выходное напряжение от 9 до 13 мВ (с температурной компенсацией); - диапазон измерения объёмной доли кислорода от 0 до 100 %; - разъем 3,5 мм моно джек Phone socket; - точность и повторяемость не более 1 % O2 калибровка на 100% кислороде; - время установления выходного сигнала T90 не более 12 секунд; - срок службы не менее часов 1 000 000 % часов O2 (15 месяцев работы на воздухе); - габаритные размеры – высота не более 46,3 мм, диаметр не более 31,5 мм; - резьбовая часть M16x1 3 Требования к качеству товара: - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки; - паспортный ресурс работы датчиков кислорода на воздухе не менее 12 месяцев 4 Требования к безопасности товара: - датчики должны быть новыми, не	шт.	10		

		эксплуатировавшимися ранее; - наличие при поставке сертификата/декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации 5 Требования к размерам товара: - в соответствии с техническими условиями производителя 6 Требования к упаковке товара: - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке; - датчики имеют индивидуальную транспортную герметичную упаковку, не допускающую контакта с атмосферным воздухом; - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара 7 Требования к отгрузке товара: - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком; - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, склад КГБУЗ ККБ; - срок поставки – не более 20 календарных дней с момента подписания контракта 8. Дополнительное условие: - указать в заявке торговое наименование предлагаемого к поставке товара				
--	--	---	--	--	--	--

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 07.03.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91