

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

20.03 2 019 г. № 214-19
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Техническое обслуживание и ремонт лабораторного оборудования	Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию анализатора гликозилированного гемоглобина D-10 1. Очистка и деконтаминация каналов образца 2. Очистка и деконтаминация станции разведения и промывки 3. Замена внутренних трубок 4. Замена обратных клапанов 5. Чистка и смазка модуля перемещения иглы 6. Очистка ячейки детектора 7. Осмотр и очистка модуля помпы высокого давления 8. Инспекция шприца 9. Очистка внутренней бутылки отходов с заменой внутреннего фильтра 10. Замена гибкого кабеля манипулятора 11. Очистка поверхностей модуля перемещения штатива образцов	усл.	1		

	12. Обслуживание и проверка 7-ми портового клапана с заменой деталей 13. Проверка состояния 3-х портового клапана 14. Замена иглы забора образцов 15. Проверка модуля перемещения штатива образцов 16. Настройка детектора 17. Проверка стабильности давлений 18. Запуск и проверка рабочего цикла с использованием контролей 19. Проверка хроматограммы результатов Регламентные работы выполняются с использованием следующих запасных частей и расходных материалов Артикул Наименование комплектующих (запчасти) Назначение Описание Страна происхождения 2200641 Набор для годового обслуживания анализатора D10 (D10 PM KIT VESPEL) Основные расходные материалы, которые производитель рекомендует менять 1 раз в год Состав набора: 1) Игла пробозаборника, не штампованная, предназначенная для забора проб, длина 13,5 мм. Материал: сталь 2) Ротор для обслуживания поворотного клапана 3) Фильтр, состоящий из силиконовой трубки и сеточки из нержавеющей				
--	--	--	--	--	--

		стали 4) Сальник для помпы- 2 шт., диаметр внешний 9 мм, внутренний диаметр 3 мм, предназначены для предотвращения скачков давления. Материал: комбинированный пластик и нержавеющей сталь. 5) Сменные силиконовые трубки, 5 шт: Трубка 1-2: на концах 4 мм (внеш. диаметр)x3 мм (внутр. диаметр), по длине 4 мм (внеш. диаметр)x2 мм (внутр. диаметр) x80 мм (длина) Трубка 3: на концах 4 мм (внеш. диаметр)x3 мм (внутр. диаметр), по длине 4 мм (внеш. диаметр)x2 мм (внутр. диаметр) x80 мм (длина) Трубка 4: 4 мм (внеш. диаметр)x3 мм (внутр. диаметр)x40 мм (длина) Трубка 5: 4 мм (внеш. диаметр)x3 мм (внутр. диаметр)x540 мм (длина) Франция 2200315 Набор внутренних тефлоновых трубок с фитингами для анализатора D10 (D10 TUBING TEFLON INTERNAL,SET) Применяются для подачи системной буферной жидкости в анализаторе D-10 В наборе 10 трубок. Трубка 1: 3 мм (внеш. диаметр)x 1,5 мм (внутр. диаметр)x 570мм (длина) Трубка 2: 3 мм (внеш. диаметр)x 1,5 мм (внутр. диаметр)x 650мм (длина) Трубка 3: 3 мм (внеш. диаметр) x 1,5 мм (внутр. диаметр)x 530мм (длина) Трубка 4: 1,5 (внеш. диаметр)x 0.75 мм (внутр. диаметр)x 115мм (длина)				
--	--	--	--	--	--	--

		Трубка 5: 1,5 (внеш. диаметр)x 0.75 мм (внутр. диаметр)x 1250мм (длина) Трубка 6: 1,5 (внеш. диаметр)x 0.75 мм (внутр. диаметр)x 210мм (длина) Трубка 7: 1,5 (внеш. диаметр)x 0.75 мм (внутр. диаметр)x 530мм (длина) Трубка 8: 1,5 (внеш. диаметр)x 0.75 мм (внутр. диаметр) x 150мм (длина) Трубка 9: 1,5 (внеш. диаметр)x 0.75 мм (внутр. диаметр) x 110мм (длина) Трубка 10: 1,5 (внеш. диаметр)x 0.25мм (внутр. диаметр) x 1200мм (длина) Материал: тефлон Франция 2200244 Шлейф коммуникационный в сборе для анализатора D10 (D10 CABLE, FLEX: STAMP ARM 12 PIN) Коммуникационный кабель Коммуникационный шлейф (не силовой, не содержит драгоценных металлов, легко воспламеняется) для анализатора гликолизированного гемоглобина D-10, на концах у которого есть соединительные 12- жильные разъемы, с тремя резинками, которые препятствуют перетиранию шлейфа. Длина шлейфа - 770 мм, ширина - 33 мм. Напряжение 5-15 В. Франция 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные				
--	--	---	--	--	--	--

	запчасти - не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, но-вые, не находившиеся ранее в эксплуатации 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке; - технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания Заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, 3-з 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – 12 месяцев с момента				
--	--	--	--	--	--


		заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающе-го, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях				
--	--	---	--	--	--	--

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 25.03.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91

Информация
zakupki@medgorod.ru
 Железняка 3

Председатель

Руководитель

Исполнитель

Информация

zakupki@medgorod.ru

Железняка 3

Председатель