

**Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Краевая клиническая больница»
(КГБУЗ ККБ)**

Руководителю организации

660022 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3-А,
Телефон: 220-16-13
Факс: (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http:\\ www.medgorod.ru
ИНН/КПП 2465030876/246501001

___ 10.04.2019 ___ № ___ 256-19 ___

На № _____ от _____

Запрос коммерческого предложения

Уважаемый Василий Николаевич!

Просим направить коммерческое предложение на право проведения экспертизы соответствия товара «Светильник медицинский операционный» (светильник медицинский бестеневой) YDZ 500 светодиодный (Shandong Yuda Medical Equipment Co., Ltd., Китай) условиям контракта № Ф.2018.394609 от 23.08.2018 г.

Техническая спецификация

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
1.	Однокупольный потолочный светильник (светильник медицинский бестеневой)	Наличие
2.	Корпус плафона изготовлен из алюминия и устойчивого к царапинам однослойного безосколочного стекла	Наличие
3.	Плафон светильника состоит из алюминиевых рефлекторов с одноцветными светодиодами естественного освещения	Наличие
4.	Количество степеней вращения светильника, шт.	5
5.	Наличие на плафоне пульта управления освещением для включения и выключения системы и регулировки освещенности	Наличие
6.	Интенсивность освещения от светильника, Люкс	140 000
7.	Есть возможность минимального приглушения освещенности светильника, Люкс	42 000
8.	Фокусируемые размеры светового пятна d10 на расстоянии 1 м от светильника, мм	С полным покрытием диапазона от 200 до 320
9.	Глубина освещенности без дополнительной фокусировки светильника, мм	1400
10.	Рабочая зона светильника, мм	С полным покрытием диапазона от 500 до 1700
11.	Площадь излучающей поверхности светильника, см2	2040
12.	Остаточная освещенность при затемнении одной маской относительно ЕС, %	66

№ п/п	Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару	Значения параметров
13.	Остаточная освещенность при затемнении двумя масками относительно ЕС, %	60
14.	Остаточная освещенность при затемнении одной трубкой, %	100
15.	Остаточная освещенность при затемнении одной трубкой и одной маской относительно ЕС, %	66
16.	Остаточная освещенность при затемнении одной трубкой и двумя масками относительно ЕС, %	61
17.	Цветовая температура светильника, К	4 500
18.	Индекс ламинарного потока (измерения интенсивности турбулентности) каждого плафона светильника, %	18
19.	Индекс ламинарного потока (измерение частиц), каждого плафона светильника	3,6
20.	Срок службы светильника, ч	50 000
21.	Индекс цветопередачи Ra светильника	96
22.	Индекс передачи красного цвета светильника	96
23.	Повышение температуры на высоте купола, град.	1
24.	Диапазон напряжения на постоянном токе, В	20 -33
25.	Среднее напряжение на постоянном токе, В	25
26.	Максимальное потребление тока, А	5,5
27.	Среднее потребление тока, А	2,5
28.	Потребляемая мощность при 24 В, Вт	60
29.	Вес плафона, кг	15
30.	Размеры плафона, мм	520 x 80
31.	Общий вес светильника, кг	45
Комплект поставки:		
32.	Светильник с регулируемой освещенностью (микропроцессор), шт.	1
33.	Пружинный рычаг, (система балансировки) шт.	1
34.	Подвесной рычаг (колесо лампы), шт.	1
35.	Потолочная анкерная плита (основание верхнее), шт.	1
36.	Потолочная труба (основание нижнее), шт.	1
37.	Потолочный колпак, (основание нижнее), шт.	1
38.	Монтажная плита, основание нижнее), шт.	1

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 11.04.2019 г. 16.00 часов по местному времени.

Руководитель контрактной службы



И.О. Куликова