

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководитель

2020 г. № _____
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевей, неопудренные, стерильные	Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осзания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. Дополнительные характеристики: Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, с полимерным* покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11мм. Длина не менее 230 мм. Размер (L).	п.	20000			
2	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевей, неопудренные, стерильные	Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осзания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. Дополнительные характеристики: Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, с полимерным* покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11мм. Длина не менее 220 мм. Размер (S).	п.	15000			
3	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевей, неопудренные, стерильные	Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осзания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. Дополнительные характеристики: Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, с полимерным* покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11мм. Длина не менее 230 мм. Размер (M).	п.	12500			
4	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные	Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осзания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для однократного использования. Размер (M)	п.	15000			

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17:00 «25» марта 2020 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: sobolevskaya@medgorod.ru, apteka@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизан Железняк 3-6.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель: Попова Е.В. за. аптекой, тел. 220-15-18
Адрес электронного документа: Канцелярия/Исх. док./Аптека