

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

2020 г. № _____
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Устройства для переливания крови, компонентов крови и кровезаместителей/Набор для переливания крови	Стерильный набор для внутрисосудистого введения, используемый для вливания крови из контейнера в сосудистую систему пациента через иглу или вводимый в вену катетер. Изделие, как правило, включает иглу или катетер, трубки, регулятор потока, капельницу, фильтр для инфузионной магистрали, запорный кран, соединители между частями набора, боковую трубку с колпачком, служащую местом инъекции, и полый стержень для прокола и присоединения трубки к пакету для внутривенных вливаний или другому контейнеру с инфузионной жидкостью. Это изделие для однократного использования. Дополнительные характеристики**: Устройство предназначено для переливания реципиенту крови, кровезаместителей и инфузионных растворов из бутылки или полимерного контейнера. Устройство должно иметь полужесткую прозрачную капельницу с фильтром, предназначенным для фильтрации крови и растворов в процессе переливания. Конструкция каплеобразующего элемента должна обеспечивать образование 20 капель из (1,0±0,1) г дистиллированной воды температуры (20±2) °С при скорости потока (50±5) капель в минуту. Фильтр позволяет задерживать микростулки размером более 175 мкм. Природа материала фильтра должна исключать травмирование элементов крови и не вызывать гемолиз крови в процессе трансфузии. Прозрачный материал трубок должен давать возможность обнаружения воздушных пузырей. Устройство должно быть снабжено инъекционным узлом, позволяющим проводить дополнительные инъекции лекарственных средств. Роликовый зажим должен обеспечивать плавное переливание трансфузионной жидкости в любом режиме от струйного до капельного. Воздуховод должен быть предназначен для поступления воздуха в бутылку в процессе переливания. Стерилизация радиационным методом. Рабочая длина основной части устройства не менее 1400 мм. Устройство должно быть укомплектовано силиконовой инфузионной иглой 1,2х38 мм. Устройство должно быть стерильно внутри, асепотично, нетоксично, для однократного применения.	шт	6000			

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17:00 «30» марта 2020 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: sobolevskaya@medgorod.ru, apteka@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель: Попова Е.В. _____ зав. аптекой, тел. 220-15-18

Адрес электронного документа: Канцелярия\Исх.док\Аптека\