

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

Руководителю

ИНН/КПП 2465030876/246501001

22.01. 2 019 г. №. 35-19
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Оборудование реанимационное	Описание объекта закупки Наименование Кол-во Отсасыватель хирургический электрический 12 комплектов № п.п Описание требований Наличие функции или величина параметра 1 Общие требования 1.1 Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставке 1.2 Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие, приложить ко-пию к заявке 1.3 Сертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения, включая встроенные) Наличие при поставке 1.4 Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) Наличие при поставке 1.5 Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставке 1.6 Инструкция по обработке,	шт.	12		

	дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставке 1.7 Гарантия, подтвержденная производителем Не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию 1.8 Доставка до места монтажа Наличие 1.9 Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие 1.10 Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие 1.11 Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие 1.12 Срок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контракта 2 Технические характеристики 2.1 Максимальная производительность по воздуху, л/мин Не менее 20 2.2 Максимальная производительность по воде, л/мин Не менее 5 2.3 Диапазон регулировки давления, кПа С полным покрытием диапазона от 20 до 90 2.4 Мощность потребляемая, Вт Не более 120 2.5 Электропитание 220 В/50 Гц Наличие 2.6 Шум, дБ Не более 60 2.7 Объем банки-сборника, мл Не менее 2500 2.8 Количество банок-сборников, шт. Не менее 2 2.9 Встроенный вакуумметр Наличие 2.10 Перемещение на колесных опорах Наличие 2.11 Трубка аспирационная, длина, м Не менее 2 2.12 Трубка соединительная, длина, м Не менее 0,1 2.13 Габариты отсасывателя, см Не более 35 x 31 x 80 мм 2.14 Масса в полном комплекте, кг Не более 20			
--	---	--	--	--

		3 Комплект поставки комплекта оборудования 3.1 Отсасыватель (без сменных и запасных частей), шт. 1 3.2 Банка-сборник, шт. 2 3.3 Наконечник для отсасывателя, шт. 1 3.4 Трубка аспирационная, шт. 1 3.5 Трубка соединительная, шт. 2 3.6 Крышка для банки, шт. 2 3.7 Фильтр бактериальный воздушный, шт. 2 3.8 Устройство поплавковое, шт. 1 3.9 Педальный ножной выключатель, шт. 1 3.10 Шнур питания, шт. 1 3.11 Паспорт, шт. 1				
--	--	---	--	--	--	--

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 24.01.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91

Информация
zakupki@medgorod.ru
Железняка 3-б

Предложения

Руководитель

Место поставки
до