

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
22.01.2019 г. №.39-19

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол- во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Гравировщик лазерный	Технические требования Иттербиевый импульсный волоконный лазер с опцией HighContrast Длина волны 1064 нм Регулируемая выходная мощность 0,01 Вт - 20 Вт Минимальный шаг изменения выходной мощности не более 0,01 Вт Энергия в импульсе излучения не более 1 мДж Частота следования импульсов не менее 20 кГц и не более 200 кГц F-Theta линза с характеристиками Эффективное фокусное расстояние от 254 мм до 255 мм Зона маркировки не менее 180*180 мм Размер точки: не более 50 мкм Сканирующее устройство 2-х осевой сканатор Скорость маркировки не менее 10000 мм/сек Скорость написания (буквы 1 мм буква простейшая векторная однолинейчатая) не менее 450 букв/сек Программно-аппаратное разрешение не менее 1,6 мкм Воспроизводимость при неизменном фокусе не менее 2,0 мкм Размеры маркирующего модуля не более 160 x 410 x 300 мм Режим векторизации при гравировке растровых и векторных объектов по окружности с изменением размера блока. Срок службы лазерного излучателя не менее 100 000 часов Охлаждение лазерного модуля	шт.	1		

		автономное воздушное Электропотребление~1х220 В, 50Гц, 0,6 кВт Маркируемые материалы - металлы, пластики, окрашенные материалы, резина, полупроводники. Интерфейс управления USB 2.0 Вес комплекса не более 50 кг Установленное программное обеспечение Требования к программному обеспечению комплекса Программное обеспечение для удобства и быстроты операций должно поддерживать преобразование всех типов файлов (.dxf, .dwg, .bmp, .stl, .jpg) в единый формат с расширением smf. Файлы с расширением smf должны иметь возможность сохранения в библиотеке ПО со всеми параметрами для последующей маркировки и исключать человеческий фактор при смене режимов (скорость, мощность, частота, кол-во проходов и т.д.) Программное обеспечение должно иметь возможность дистанционного обновления. Полное управление лазером (включая мониторинг и тестирование) и встроенный графический редактор в одном окне Работа с файлами следующих форматов: векторные (smf, dxf, dwg, svg), растровые (bmp, jpg, jpeg) и 3D (stl). 3D формат с помощью программы лазерного комплекса, должен разбиваться на слои без дополнительного преобразования файла в градиент серого. Количество слоев при разбитии 3D файлов не менее 500 Встроенный редактор для работы с графикой и со всеми OpenType и TrueType шрифтами (круги, овалы, прямоугольники, текст, масштабирование, вращение, работа с изображениями и т.п.) Одновременное нанесение нумерации на несколько деталей Одновременная работа с множеством слоев и объектов (для каждого слоя и объекта можно выбрать свои параметры работы лазера и способы маркировки) Возможность линейная и эллиптическая серийная нумерация Наличие возможности работы со всеми следующими типами штриховых кодов, включая двумерные коды: Code 39, Code39_Full_ASCII, Code39_HIBC, Coda Bar, Code 93, Code 128, UCC_EAN_128,				
--	--	--	--	--	--	--

		Interleaved_2or5, UPC_A, UPC_E, EAN_13, EAN_8, Bookland, Telepen, TelepenNumeric, Postnet, Planet, RoyalMail, MSI_Plessey, Code 25, Code 11, PDF417, MaxiCode, DataMatrix, MicroQRCode, HIBC_QRCode. Возможность прямой и инвертированной маркировки кодов с задаваемыми размерами полей				
--	--	--	--	--	--	--

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 28.01.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./