

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

Руководителю

ИНН/КПП 2465030876/246501001
01.07 2019 г. № 473-19
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевей, неопудренные, стерильные	Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осзания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, с полимерным* покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08 мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08 мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11 мм. Длина не менее 220 мм. Размер (S).	пара	90 000			
2	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевей, неопудренные, стерильные	Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осзания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, с полимерным* покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08 мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08 мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11 мм. Длина не менее 230 мм. Размер (L).	пара	70 000			
3	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевей, неопудренные, стерильные	Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осзания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, с полимерным* покрытием, без опудривания. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,08 мм. Толщина одной стенки в манжете не менее 0,08 мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,11 мм. Длина не менее 230 мм. Размер (M).	пара	80 000			

**В соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. №145, в связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупаемой продукции на основании потребности заказчика, и в соответствии с ГОСТом Р 52239-2004.

*Установлено Заказчиком с целью облегчения надевания, в том числе на влажные руки, а также уменьшения риска возникновения аллергической реакции на натуральный латекс.

Срок поставки: с момента заключения государственного контракта по 20.12.2019 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 08.07.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель: _____

Зав. аптекой Попова Елена Вячеславовна, тел. 8 (391)220-16-18