

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
08.07. 2019 г. № 484-19
На № _____ от _____

Руководителю

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Система инфузионная	Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов предназначено для внутривенного введения пациенту кровезаменителей и инфузионных растворов из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров. В состав устройства входят: совмещенная игла, имеющая каналы для прохода воздуха и жидкости; капельница; фильтрующий узел; трубка не менее - 1 шт; зажим; инъекционная игла; инъекционный узел; головка с конусом "Луер"; два колпачка; фильтр; головка с заглушкой. Устройство длиной не менее 140 см. Трубка и капельница должны быть изготовлены из материалов, позволяющих видеть невооруженным глазом пузырьки воздуха, уровень жидкости и последовательность каплепадения. Детали устройств не должны иметь механических повреждений и посторонних включений, влияющих на функциональные свойства. Внутренняя поверхность устройства должна быть свободна после фильтра от видимых механических частиц. Зажим должен обеспечивать регулирование тока жидкости от полного перекрытия до струйного истечения. Инъекционный узел должен обеспечивать самозатягиваемость при шестикратном прокалывании иглой диаметром 0,8 мм в разных местах. Потребительская тара с вложенным в неё устройством должна быть целостная. Устройство не должно иметь перегибов и слипшихся участков трубки, которые могут препятствовать нормальному току жидкости. Инъекционная игла диаметром 0,8 мм стерильна. Конструкция каплеобразующего элемента должна обеспечивать образование 20 капель из (1,0±0,1) г дистиллированной воды температуры (20±2) °С при скорости потока (50±5) капель в минуту. Устройство должно быть стерильно внутри, апиrogenно, нетоксично, для однократного применения. Соответствие ГОСТ 25047-87.	шт	73 000			

Срок поставки: с момента заключения государственного контракта по 20.12.2019 г.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 10.07.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель: _____

Зав. аптекой Попова Елена Вячеславовна, тел. 8 (391) 220-16-18