

22.04.2024 № 503-2024

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Просушу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики в заявке	Единица измерения	Кол-во, шт	Цена без учета НДС, рублей	Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ППН №688), %	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности	Код вида МН
1	Набор для переливания крови 32.50.13.190-00350	диаметр инъекционной иглы	мм	$\geq 1.2 \text{ и } \leq 1.8$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Штука	48 000				*		
		длина соединительной трубы	мм	$\geq 1150 \text{ и } \leq 1870$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		игла трансфузионного узла		двухканальная полимерная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		наличие лебкоштарного фильтра		нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		наличие микрагрегатного фильтра		нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		узел инъекционный		с инъекционной иглой	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		фильтр крони, мкм	мкм	$\geq 151 \text{ и } \leq 200$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Назначение		Для переливания реципиенту крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки или полимерного контейнера	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Назначение полужесткой прозрачной катетерной системы с фильтром		Фильтрация крови и растворов в процессе переливания.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Конструкция каплеобразующего элемента обеспечивает образование 20 капель из (1.0 ± 0.1) г дистиллированной воды температуры $(2042)^\circ\text{C}$ при скорости потока (50 ± 5) капель в минуту		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Природа материала фильтра не травмирует элементы крови и не вызывает гемолиза крови в процессе трансфузии.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Прозрачный материал трубок дает возможность обнаружения воздушных пузырей.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Устройство снабжено инъекционным узлом, позволяющим проводить дополнительные инъекции лекарственных средств.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Назначение роликового зажима		Переливание трансфузионной жидкости в любом режиме от струйного до капельного	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Назначение воздуховода		Поступление воздуха в бутылку в процессе переливания.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Рабочая длина основной части	мм	≥ 1400	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Игла инъекционная		Силиконовое покрытие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Длина иглы инъекционной	мм	≥ 38	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики								
		Устройство стерильно внутри, априогенно, нетоксично, для однократного применения.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								

Срок поставки: с 01.01.2025 г. по 18.12.2026 г., в соответствии с графиком поставок

Цена должна быть указана с учетом доставки до КБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железникова, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте sobolevskaya@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железникова 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 23.04.2024 17:00:00 по местному времени

Руководитель контактной службы _____

Алёшичева Е.А.

Исполнитель:

Попова Елена Вячеславовна, тел. +7 (391) 226-99-29

Заведующая аптекой:

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации:

Конева И.С.

пробиор, тел. 226-99-24