

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Красная клиническая больница  
ул. П. Железника, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 226-99-97  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medgorod.ru  
http://www.medgorod.ru  
ОКПО 0191234  
ИНН 2405030876/2465010000  
2024 г. № 504-2024  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Пропшу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по выполнению характеристики в заказе	Единица измерения	Кол-во, шт	Цена без учета НДС, рублей	Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ПП №688), %	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности	Кол-во в МП
1	Набор базовый для внутривенных инфузий 32.50.50.000-00230	Диаметр инфузионной иглы	мм.	≥ 0,8 и ≤ 1,2	Участник закупки указывает в заказе конкретное значение характеристики	Штука	1 040 000						
		Длина соединительной трубки	мм.	> 1300 и ≤ 1800	Участник закупки указывает в заказе конкретное значение характеристики								
		Регулятор тока жидкости		роликовый	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Трансфузионная игла		полимерная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Предназначение устройств для вливания кровозаместителей и инфузионных растворов		Внутривенное введение пациенту кровозаместителей и инфузионных растворов из секционных емкостей и полимерных контейнеров.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Материал		Содержит медицинский поливинилхлорид	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Игла совмещенная, имеющая каналы для прохода воздуха и жидкости		Соответствие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Капельница		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Фильтрующий узел		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Трубка	шт.	≥ 1	Участник закупки указывает в заказе конкретное значение характеристики								
		Зожим		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Инфузионная игла		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Инфузионный узел		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Головка с конусом "Луер",		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Колпачок	шт.	2	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Фильтр		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Головка с заглушкой,		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Трубка и капельница изготовлены из материалов, позволяющих видеть пузырьки воздуха, уровень жидкости и последовательность каплепадения.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Детали устройства не имеют механических повреждений и посторонних включений, влияющих на функциональные свойства		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Внутренняя поверхность устройства свободна после фильтра от видимых механических частиц		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Зожим обеспечивает регулирование тока жидкости от полного перекрытия до струйного истечения.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Инфузионный узел обеспечивает самозатягиваемость при шпательном прокалывании иглой в разных местах.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Устройство не имеет перегибов и слишком участков трубки.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Инфузионная игла стерильна.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Конструкция каплеобразующего элемента обеспечивает образование 20 капель из (1,0±0,1) г дистиллированной воды температуры (20±2) °С при скорости потока (50±5) капель в минуту.		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								
		Устройство стерильно внутри, аseptично, неогранично, для отсроченного применения		Соответствует	Значение характеристики не может изменяться участником закупки								

Срок поставки: с 01.01.2025 г. по 18.12.2026 г., в соответствии с графиком поставок

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железника, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте sobolevskaaya@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железника 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 23.04.2024 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы

Алещенкина Е.А.

Исполнитель:

Заведующая аптекой Попова Елена Вячеславовна, тел. +7 (391) 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации:

Кочнева И.С., провизор, тел. 226-99-24