

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

28.01 2 019 г. № 66-19
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Оборудование диагностическое	Электрокардиограф с сенсорным экраном Общие требования 1. Гарантийный срок производителя и поставщика, месяцев 18 Технические требования 2. Встроенный жидкокристаллический цветной дисплей Наличие 3. Размер (ШхВ), мм 95х53 4. Разрешение, пикселей 480 x 272 5. Отображаемые параметры на дисплее: 6. - информация о состоянии батареи, отведений Наличие 7. - информация о пациенте Наличие 8. - информация о состоянии фильтров Наличие 9. - информация о ЧСС, скорости печати, чувствительности Наличие 10. Встроенная полноформатная клавиатура Наличие 11. Встроенный термопринтер высокого разрешения: Наличие 12. - Разрешение печати, точек/мм 8 13. - Ширина бумаги, мм 120 14. - Одновременная печать каналов 12 15. Режимы регистрации ЭКГ (перечисленного): 16. - Автоматический Наличие 17. - Ручной Наличие 18. - Программируемый Наличие 19. - Экономичный (бумагосберегающий) Наличие 20. Встроенный беспроводной интерфейс для подключения к внешней рабочей станции Наличие 21. Встроенный USB-порт Наличие 22. Меню и печать отчета на русском языке Наличие 23. Расчет параметров ЭКГ Наличие 24. Архивация ЭКГ в памяти прибора с возможностью последующей распечатки	шт.	1		

		Наличие				
		25. Возможность дооснащения функцией автоматической интерпретации ЭКГ				
		Наличие				
		26. Работа от сети и встроенного аккумулятора				
		Наличие				
		27. Время работы от аккумулятора, минут 100				
		28. Автоматическое распознавание водителя ритма				
		Наличие				
		29. Возможность выбора скорости печати, мм/с 5; 10; 12,5; 25; 50				
		30. Возможность выбора чувствительности, мм/мВ 2,5; 5; 10; 20				
		31. Уровень входного сопротивления на каждом электроде, МОм 100				
		32. Ослабление синфазного сигнала, дБ 100				
		33. Динамический диапазон по входу в полосе пропускания, мВ С полным покрытием диапазона ± 300				
		34. Цифровое разрешение, бит 12				
		35. Режим печати с фильтрами, измерений в секунду на канал 1000				
		36. Режим расчетов с фильтрами, измерений в секунду на канал 500				
		37. Разрешение, мкВ/бит 5				
		38. Диапазон полосы пропускания частот, Гц С полным покрытием диапазона от 0,05 до 150				
		39. Встроенная защита от дефибрилляции				
		Наличие				
		40. Фильтры: миографический, сетевой, подавляющий дрейф изолинии				
		Наличие				
		41. Вес, кг 2,1				
		42. Размер, мм (ширина, высота, глубина) 320 x 72 x 240				
		43. Сумка для переноски электрокардиографа				
		Наличие				

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 31.01.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91