

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medqorod.ru

Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

05.10 2 020 г. № 810-10-2020
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Оборудование диагностическое	Пульсоксиметр медицинский "Armed", исполнение YX301 Двухцветный ЖК-дисплей Диапазон измерения SpO2 70-100 % Диапазон измерения пульса 30-235 уд/мин Тип батареек AAA 1,5 В Диапазон напряжения 2,6-3,6 В Энергопотребление менее 40 мА Автовыключение после окончания использования через 8 секунд Индикатор заряда батареи на дисплее Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Цифровое отображение пульса на дисплее Без поверки Размер (± 5%) 68*35*30 мм 26.60.12.129 - Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки	шт.	8		
2	Оборудование для стерилизации и дезинфекции	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029- 11769436-2006 в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ» ("Дезар-5") Технические и функциональные характеристики облучателя- рециркулятора для поме-щений I-V категорий: Исполнение настенное Бактерицидная эффективность не менее 99,9 % Производительность не менее 90 м3	шт.	10		

		Источник излучения - ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, безозоновая наличие Мощность одной лампы не менее 15 Вт Количество ламп в облучателе не менее 5 шт. Срок службы ламп не менее 9000 часов Номинальная длина волны излучения 253,7 нм Работает в присутствии людей (закрытого типа) наличие Счетчик часов отработанного времени ламп, обнуление при замене ламп наличие Индивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов наличие Потребляемая мощность от сети 220 В/50 Гц не более 150 Вт Уровень шума не более 46 дБ Фильтровальный блок на входе со сменным воздушным фильтром устанавливается посредством упругих фиксаторов-защелок наличие Наличие сменных воздушных фильтров не менее 12 шт. на единицу товара Конструкция корпуса рециркулятора позволяет проводить замену воздушного фильтра без применения инструмента наличие Габариты не более 90x40x145 см Вес не более 5 кг 32.50.12.000 - Стерилизаторы хирургические или лабораторные				
--	--	--	--	--	--	--

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 08.10.2020 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91