

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

09.10 2 020 г. № 830-12-2020
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Аппараты искусственной вентиляции легких	Описание объекта закупки (товар) Наименование объекта закупки Количество, комплектов Аппарат искусственной вентиляции легких 1 № Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров 1 Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) портативный с режимом сердечно-легочной реанимации, смонтированный на переносной платформе Наличие 2 Встроенное крепление к носилкам, кроватям, каталкам, планкам, рейкам Наличие 3 Переносная платформа: Наличие 3.1 обеспечивает надежное крепление оборудования: аппарата ИВЛ, мобильного кислородного баллона, объемом 2 л; кислородного редуктора; напорного кислородного шланга Наличие 3.2 Размеры платформы, (ШхВхД), мм Не более 465 x 400 x 240 3.3 Высота двухлитрового мобильного баллона, мм Не более 530 3.4 Масса платформы с медицинским оборудованием, кг Не более 12 3.5 Диапазон рабочей температуры, градус Цельсия С полным покрытием диапазона от (- 18) до (+ 60) 4 Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) портативный Наличие 4.1 Размеры аппарата ИВЛ (ДхШхВ), мм Не более 285 x 184 x 175 4.2 Масса аппарата ИВЛ с аккумулятором, кг Не более 4,6 4.3 Диапазон рабочей температуры аппарата ИВЛ, градус Цельсия С полным покрытием диапазона от (- 18) до (+ 50) 4.4 Диапазон рабочего атмосферного давления для аппарата ИВЛ, гПа С полным покрытием диапазона от 570 до 1100 4.5 Диапазон рабочей относительной влажности, % С полным покрытием диапазона от 5 до 95	шт.	1		

	4.6 Класс МИ с повышенной степенью риска в соответствии с ГОСТ 31508-2012 26 или 3 4.8 Классификация степени защиты от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) BF или CF 4.7 Используемый газ - медицинский кислород Соответствие 4.9 Диапазон давления рабочего газа, МПа С полным покрытием диапазона от 0,27 до 0,6 4.10 Тип управления - электронный, микропроцессорный Наличие 4.11 Пневматический привод Наличие 4.12 Раздельная регулировка частоты дыхания и дыхательного объема Наличие 4.13 Электропитание аппарата ИВЛ – постоянный и переменный ток Наличие 5 Штатный источник электропитания - быстросъемный аккумулятор Наличие 5.1 Возможность подзарядки аккумулятора во внешнем зарядном устройстве Наличие 5.2 Возможность контроля уровня заряда аккумулятора по световым индикаторам без включения прибора в работу Наличие 5.3 Индикация степени зарядки аккумулятора Наличие 5.4 Тип аккумулятора: литий-ионный Наличие 5.5 Время работы от заряженного аккумулятора, час Не менее 6 5.6 Время зарядки аккумулятора от сети, час Не более 4 5.7 Диапазон допустимой температуры окружающей среды, градус Цельсия С полным покрытием диапазона от 0 до 35 6 Проведение ИВЛ 100 % кислородом Наличие 7 Проведение ИВЛ кислородно-воздушной смесью Наличие 8 Установка процентного соотношения смеси «кислород: воздух» в соотношении 60:40 Наличие 9 Визуальные и звуковые системы тревожной сигнализации Наличие 10 Режимы искусственной вентиляции легких и респираторной поддержки: IPPV, SIMV, CPAP Наличие 11 Функция облегченного ввода пациента во внутривенный наркоз Наличие 11.1 Диапазон регулируемой частоты вдохов в режиме IPPV, ударов в минуту С полным покрытием диапазона от 5 до 50 11.2 Диапазон регулируемой частоты вдохов в режиме SIMV, ударов в минуту С полным покрытием диапазона от 5 до 50 11.3 Диапазон дыхательного объема при соблюдении критерия ВTPS, мл С полным покрытием диапазона от 50 до 2000 11.4 Диапазон времени вдоха, с С полным покрытием диапазона от 0,2 до 9,6 11.5 Диапазон положительного давления в конце выдоха; клапан встроен, Па С полным покрытием диапазона от 0 до 2000 12 Точная регулировка уровня РЕЕР с отображением выбранного значения на экране в				
--	---	--	--	--	--

		цифровом виде Наличие 13 Кнопка выбора 100 % кислорода и смеси «кислород: воздух» Наличие 14 Жидкокристаллический экран Наличие 15 Звуковая система тревожной сигнализации Наличие 16 Возможность временного отключения звуковой сигнализации Наличие 17 Встроенная система функциональной проверки (самотестирование) Наличие 18 Контур пациента многоцветный Наличие 18 Защитная сумка для принадлежностей Наличие 20 Маска лицевая многоцветная, для взрослых Наличие 21 Зарядное устройство (для аппарата ИВЛ и для перезаряжаемых литиевых аккумуляторов) от сети 220 В Наличие 22 Шланг соединительный кислородный высокого давления Наличие 23 Руководство пользователя на русском языке Наличие Общие требования Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие при поставке Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие при поставке Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке Наличие при поставке Техническая (сервисная) документация Наличие при поставке Гарантия поставщика и производителя Не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Доставка оборудования до места монтажа Наличие Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию Не более 30 дней с момента заключения контракта Производитель 1 Производитель 2 Аппарат искусственной вентиляции легких MEDUMAT Standard2 с режимом сердечно-легочной реанимации с принадлежностями Производитель: "ВАЙНМАНН Емердженси Медикал Технолоджи ГмбХ+ Ко.КГ", Германия Аппарат для искусственной вентиляции лёгких			
--	--	---	--	--	--

		"Oxylog 3000 plus" с принадлежностями Производитель: "Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА", Германия				
--	--	---	--	--	--	--

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 13.10.2020 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91