

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.medqorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю

2004 2018 г. № 8/4
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию с использованием запасных частей медицинского оборудования производства компании Johnson & Johnson Medical, (США):

2	Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:
	2.1. Регламентное техническое обслуживание стерилизатора медицинского STERRAD 100S sn J65050101083217:
	2.1.1. Полугодовое регламентное техническое обслуживание ТО1 - один раз в период действия контракта: - замена масла вакуумного насоса - 1 шт., - очистка пластины испарителя, - слив конденсата из ресивера системы пневматики, - слив конденсата из блока управления пневматикой, - очистка фильтров, - замена масляного фильтра - 1 шт., - тестирование систем стерилизатора, - обновление информации в памяти стерилизатора, - тестовый цикл стерилизации
	2.1.2. Годовое регламентное техническое обслуживание ТО2 - один раз в период действия контракта: - замена масла вакуумного насоса - 1 шт., - очистка пластины испарителя, - слив конденсата из ресивера системы пневматики, - слив конденсата из блока управления пневматикой, - очистка фильтров, - замена масляного фильтра - 1 шт., - замена каталитического конвертера - 1 шт., - замена бактериального фильтра - 1 шт., - очистка внутренних поверхностей камеры, - замена вакуумного уплотнителя двери – 1 шт., - замена ограничителей полок - 1 шт., - замена разделителей электродов - 1 шт., - тестирование систем стерилизатора, - обновление информации в памяти стерилизатора, - тестовый цикл стерилизации - Замена пластиковых направляющих камеры арт. №90-03638-0-002 Chamber KIT – 1 шт. - Замена клапана слива конденсата арт. 28-51919-001 Valve Ball – 1 шт

	- Замена блока подачи и прокола кассеты арт. 02-02918-2-001 Injector Pump – 1шт. 2.1.3. Диагностика неисправности при выходе стерилизатора из строя - один раз в период действия контракта по заявке Заказчика в срок не более 14 календарных дней с даты поступления заявки 2.2. Техническое обслуживание моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX sn J65702700120391: 2.2.1. Регламентное техническое обслуживание – один раз в период действия контракта: Замена деталей тестового отверстия – 1 шт., Замена датчиков уровня жидкости камеры – 1 шт., Очистка форсунок, Замена сетчатого фильтра сливного отверстия – 1 шт., Замена крышки сливного отверстия – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи алкоголя (емкость) – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи моющего средства (емкость) – 1 шт., Замена фильтра трубки удаления воздуха – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи алкоголя (коллектор) – 1 шт., Замена воздушного фильтра основного компрессора AP1 – 1 шт., Замена воздушного фильтра компрессора теста на герметичность AP2 – 1 шт., Замена воздушного фильтра трубки подачи воздуха SOL7 – 1 шт., Замена фильтра трубки забора дезинфектанта – 1 шт., Замена трубки удаления воздуха Y-формы – 1 шт., Замена (чистка) сетчатого фильтра регулятора давления воды на входе – 1 шт., Проверка давления основного компрессора, Проверка давления компрессора теста на герметичность, Проверка блока питания 24 вольт, Проведение полного цикла самодезинфекции, Замена фильтра подачи воды – 1 шт., Замена дезинфектанта – 1 шт., Замена кронштейна, артикул № 104926-01 Bracket, MEC Test Port – 1 шт., Замена пластикового винта, артикул № 106927-306 Screw, CRNH, Nylon, M3X6 – 4 шт. Замена клапана, артикул № 104075-01 Motor Valve – 1 шт
	2.2.2. Диагностика неисправности при выходе репроцессора из строя - один раз в период действия контракта по заявке Заказчика в срок не более 14 календарных дней с даты поступления заявки
	2.3. Техническое обслуживание моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX sn J65702700135015: 2.3.1. Регламентное техническое обслуживание – один раз в период действия контракта: Замена деталей тестового отверстия – 1 шт., Замена датчиков уровня жидкости камеры – 1 шт., Очистка форсунок, Замена сетчатого фильтра сливного отверстия – 1 шт., Замена крышки сливного отверстия – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи алкоголя (емкость) – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи моющего средства (емкость) – 1 шт., Замена фильтра трубки удаления воздуха – 1 шт., Замена фильтра трубки подачи алкоголя (коллектор) – 1 шт., Замена воздушного фильтра основного компрессора AP1 – 1 шт., Замена воздушного фильтра компрессора теста на герметичность AP2 – 1 шт., Замена воздушного фильтра трубки подачи воздуха SOL7 – 1 шт., Замена фильтра трубки забора дезинфектанта – 1 шт., Замена трубки удаления воздуха Y-формы – 1 шт., Замена (чистка) сетчатого фильтра регулятора давления воды на входе – 1 шт., Проверка давления основного компрессора, Проверка давления компрессора теста на герметичность, Проверка блока питания 24 вольт, Проведение полного цикла самодезинфекции,


	Замена фильтра подачи воды – 1 шт., Замена дезинфектанта – 1 шт., Замена кронштейна, артикул № 104926-01 Bracket, MEC Test Port – 1 шт., Замена пластикового винта, артикул № 106927-306 Screw, CRNH, Nylon, M3X6 – 4 шт. 2.3.2. Диагностика неисправности при выходе репроцессора из строя - один раз в период действия контракта по заявке Заказчика в срок не более 14 календарных дней с даты поступления заявки
	2.4. Техническое обслуживание шкафов для сушки и хранения гибких эндоскопов Condiscop DRY 200 – 4 шт. (sn J6511150145, sn J6511150245, sn J6516160713, sn J6511150244) 2.4.1. Регламентное техническое обслуживание – один раз в период действия контракта: Замена корпусного бактериального фильтра – 1 шт., Замена предварительного фильтра на вентиляторе – 1 шт., Замена бактериального фильтра канала – 1 шт., Замена ловушки влаги в системе пневматике – 1 шт., Замена штуцера подключения трубки к каналу продувки – 1 шт., Сброс счетчика технического обслуживания 2.4.2. Диагностика неисправности при выходе шкафов (от одного до четырёх) из строя - один раз в период действия контракта по заявке Заказчика в срок не более 14 календарных дней с даты поступления заявки
3	Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запасные части и комплектующие изделия – не менее трех месяцев с даты установки, на выполненные работы – не менее шести месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - запасные части и комплектующие изделия – оригинальные, указанные производителем в технической документации на аппараты
4	Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники – приложить копию к заявке
5	Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта сдачи-приёмки оказанных услуг
6	Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, 3-А
7	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – 12 месяцев с момента подписания контракта.

Цена должна быть указана в рублях.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 03.05.2018 г. 16.00 часов по местному времени.

Исполняющий обязанности
руководителя контрактной службы



Е.А. Алешечкина

